

DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA!

NOME: _____

DATA DI NASCITA: _____

INDIRIZZO: _____

CONTATTARE IN CASO DI DOMANDE: _____



Cochlear Implant Users need
accessibility to communication
and Cochlear Implant Care & help
during hospitalization



SONO IPOACUSICO/A E INDOSSO QUESTI DISPOSITIVI:

Sinistra: Impianto Cocleare / Apparecchio Acustico


Modello e Marca: _____

Destra: Impianto Cocleare / Apparecchio Acustico

Modello e Marca: _____

Importante:

Non posizionare i dispositivi sulle orecchie sbagliate!



Gli Impianti Cocleari (CI) sostituiscono l'udito naturale con un udito elettronico. Ricorda:

Non posso sentire niente senza il/i mio/miei processore/i esterno/i dell'Impianto Cocleare (CI).

Guardami! Il contatto visivo e la possibilità di leggere le labbra ci aiuteranno a comunicare.

Processore CI acceso/spento: Usare l'interruttore on/off/volume in cima al processore.

Per agganciare il processore: Posizionare la bobina del processore esterno al di sopra del magnete invisibile sottocutaneo (situato poco sopra/dietro l'orecchio).

Per sostituire le batterie monouso: Aprire il coperchio a battente della batteria per esporre la batteria. Inserire 1 batteria in modo che si adatti al profilo dello sportellino batteria. **Le batterie usualmente durano:** _____

Di notte, riporre il/i processore/i dell'impianto cocleare nel deumidificatore, se presente.

Per favore non toccare il/i telecomando/i.

NON eseguire risonanza magnetica (MRI) senza preavviso e accordo con l'otorinolaringoiatra dell'ospedale centro di impianto cocleare e il **produttore**:



Se necessario, scrivi chiaramente i messaggi importanti così che io possa leggerli!

© EURO-CIU, asbl www.eurociiu.eu

© Bayerischer Cochlea-Implantat-Verband e.V., www.bayciv.de