

# DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA!

NOME:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO:

CONTATTO IN CASO DI DOMANDE:



## SONO IPOACUSICO/A E INDOSSO I SEGUENTI DISPOSITIVI:

### Sinistra:


Impianto Cocleare       Apparecchio Acustico

Marca e Modello: \_\_\_\_\_

### Destra:

Impianto Cocleare       Apparecchio Acustico

Marca e Modello: \_\_\_\_\_



**IMPORTANTE:** Non posizionare i dispositivi sull'orecchio sbagliato!

Gli impianti cocleari (IC) sostituiscono l'udito naturale con un udito elettronico. Ricorda:

Non sento nulla senza il/i mio/miei processore/i esterno/i.

Guardami! Il contatto visivo e la possibilità di leggere il labiale ci aiuteranno a comunicare.

**Processore ON e OFF:** Metti/rimuovi le batterie.

**Agganciare il processore:** Collega la bobina del processore esterno al magnete invisibile posizionato sotto il cuoio capelluto (situato leggermente sopra / dietro l'orecchio).



**Sostituire le batterie ricaricabili:** ruota e rimuovi la batteria dal processore e collegala al caricabatterie fino a quando il LED diventerà verde.

**Sostituire le batterie usa e getta:** fai scorrere il coperchio della batteria per esporre le batterie usa e getta. **Le batterie di solito durano:** \_\_\_\_\_

Di notte, posizionare il/i processore nel deumidificatore, se provvisto.

Si prega di non toccare il/i telecomando/i.

**NON** eseguire la risonanza magnetica senza aver prima contattato lo specialista otorinolaringoiatra del centro presso il quale è stato eseguito l'impianto e il **produttore:**

**Se necessario, scrivi i messaggi importanti in modo chiaro in modo che io possa leggerli!**