

DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA!

NOME:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO:

CONTATTO IN CASO DI DOMANDE:



SONO IPOACUSICO/A E INDOSSO I SEGUENTI DISPOSITIVI:

Sinistra:


Impianto Cocleare Apparecchio Acustico

Marca e Modello: _____

Destra:

Impianto Cocleare Apparecchio Acustico

Marca e Modello: _____



IMPORTANTE: Non posizionare i dispositivi sull'orecchio sbagliato!

Gli impianti cocleari (IC) sostituiscono l'udito naturale con un udito elettronico. Ricorda:

Non sento nulla senza il/i mio/miei processore/i esterno/i.

Guardami! Il contatto visivo e la possibilità di leggere il labiale ci aiuteranno a comunicare.

Processore ON e OFF: Metti/rimuovi le batterie. In alternativa, premi brevemente il tasto inferiore per accendere e tieni premuto per 2 secondi per spegnere.

Agganciare il processore: Collega la bobina del processore esterno al magnete invisibile posizionato sotto il cuoio capelluto (situato leggermente sopra / dietro l'orecchio).

Sostituire le batterie ricaricabili: ruota e rimuovi la batteria dal processore. Posizionala sul caricatore fino a quando il LED sarà verde.

Sostituire le batterie usa e getta: fai scorrere il coperchio della batteria per esporre le batterie usa e getta. **Le batterie di solito durano:** _____

Di notte, posizionare i processori nel deumidificatore, se provvisto.

Si prega di non toccare il/i telecomando/i.

NON eseguire la risonanza magnetica senza aver prima contattato lo specialista otorinolaringoiatra del centro presso il quale è stato eseguito l'impianto e il **produttore**:



© Cochlear Limited

Se necessario, scrivi i messaggi importanti in modo chiaro in modo che io possa leggerli!