

DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA!

NOME: _____

DATA DI NASCITA: _____

INDIRIZZO: _____

CONTATTARE IN CASO DI DOMANDE: _____



Cochlear Implant Users need
accessibility to communication
and Cochlear Implant Care & help
during hospitalization



SONO UN IPOACUSICO/A E INDOSSO QUESTI DISPOSITIVI:


Sinistra: Impianto Cocleare /Protesi Acustica

Modello e Marca:

Destra: Impianto Cocleare / Protesi Acustica

Modello e Marca:

Importante: Non posizionare i dispositivi sulle orecchie sbagliate!



Gli impianti Cocleari (CI) sostituiscono l'udito naturale con un udito elettronico. Ricorda:

Non posso sentire niente senza il/i mio/miei audio-processore/i esterno/i dell'Impianto Cocleare (CI).

Guardami! Il contatto visivo e la possibilità di leggere le labbra ci aiuteranno a comunicare.

Audio-processore CI acceso/spento: Fai scorrere verso l'alto il copri vano batterie, o sfilare il copri vano batterie.

Per agganciare l'audio-processore: Posiziona l'antenna dell'audio-processore in corrispondenza del magnete della parte impiantata al di sotto della cute (posizionato poco sopra/dietro il padiglione).

Per sostituire le batterie: Sfilare il copri vano batterie del processore. Inserisci le pile zinco-aria con la superficie piatta rivolta verso l'alto.

Le batterie normalmente durano: _____

Di notte, riponi l'/gli audio-processore/i nel deumidificatore, se disponibile.

Per favore non toccare il/i telecomando/i.

NON eseguire risonanza magnetica (RMI) senza pre-allertare e avere il consenso dell'otorinolaringoiatra del centro d'impianto cocleare e il produttore:



Se necessario, scrivi chiaramente i messaggi importanti così che io li possa leggere!

© EURO-CIU, asbl www.eurociu.eu

© Bayerischer Cochlea-Implantat-Verband e.V., www.bayciv.de